

درسهای آموخته شده از خطاء یا موارد نزدیک به خطا

Learn&share

پرسنل محترم بالینی:

این گزارش در ارتباط با خطایی می باشد که باعث امحا کیسه خون بیمار شده است، به منظور اطلاع رسانی، یادگیری و پیشگیری از تکرار مجدد موارد اعلام می گردد. خواهشمند است کلیه پرسنل با مطالعه آن در پیشگیری از تکرار این مورد تلاش نمایند.

شرح موضوع :

جهت بیماری که در بخش بستری بوده است رزرو پکسل انجام شده است پس از آماده سازی واحد خون و تحویل آن از آزمایشگاه به علت بد رگ بودن بیمار پرستار نتوانسته است که رگ محیطی برای بیمار فیکس کند و پس از گذشت 3 ساعت کیسه خون که در محیط باز قرار گرفته و گرم شده است را به بانک خون عودت داده و با توجه به گرم شدن کیسه خون و وصل کردن ست خون به کیسه، پکسل امحا شد.

علل ایجاد کننده یا زمینه

1-عدم توجه به دستورالعمل تزریق خون که :

- ✓ قبل از دریافت پکسل از آزمایشگاه باید علائم حیاتی بیمار پایش و در محدوده طبیعی باشد،
- ✓ برکه رضایت آگاهانه جهت تزریق خون از بیمار اخذ شده باشد،
- ✓ رگ محیطی مناسب جهت تزریق خون فیکس شده باشد.

2-عدم توجه به اینکه زمانی که از تزریق خون مطمئن نشده اند، ست خون به پکسل وصل شده است.

اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه :

- 1-لزوم فیکس رگ محیطی مناسب برای بیمار قبل از دریافت کیسه خون از آزمایشگاه.
- 2- تا زمانی که کاملاً از تزریق خون مطمئن نشده اید ست خون را به کیسه خون وصل نکنید.
- 3- در صورتی که به هر علتی تزریق پکسل با تاخیر مواجه میشود حتماً باید کیسه خون به بانک خون عودت داده شود تا در زمان مناسب دوباره جهت تزریق به بخش ارسال شود.

**شاید نتوان جلوی وقوع همه حوادث را گرفت ولی یقیناً
می توان جلوی دوباره رخ دادن حادثه ای را گرفت.**